MAPA COTAÇÃO

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 001/2020
Convênio 886324/2019 MS/FBRD

MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
1	Cirúrgica Ceron Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - EPP	Oxímetro	01	1.442,85	1.442,85	4.600,00	Desclassificado
	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda			1.650,00	1.650,00		Desclassificado
	Mais Ética Comercial Eireli			3.600,00	3.600,00		Vencedor
	Manancial Produtos Médicos ME			4.585,00	4.585,00		
	R & D Mediq Equip. e Serv. Esp. Ltda			3.600,00	3.600,00		Desclassificado
2	Baumer SA	Foco Cirúrgico de teto com duas cúpulas com Camera	02	149.900,00	299.800,00	97.100,00	
	Cirúrgica Parma Ltda ME			96.800,00	193.600,00		
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			92.000,00	184.000,00		
	Mais Ética Comercial Eireli			97.033,00	194.066,00		
	Manancial Produtos Médicos ME			58.000,00	116.000,00		Desclassificado
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			91.800,00	183.600,00		Vencedor
	Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda			58.980,00	117.960,00		Desclassificado
3	Cirúrgica Parma Ltda ME	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecanica	01	4.040,26	4.040,26	6.823,00	Desclassificado
	Délcio Móveis Hospitalares Ltda			3.250,00	3.250,00		Desclassificado
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			4.800,00	4.800,00		Vencedor
	Mais Ética Comercial Eireli			3.750,00	3.750,00		Desclassificado
	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			3.465,00	3.465,00		Desclassificado
4	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Eletrocardiógrafo	04	6.087,00	24.348,00	18.000,00	Vencedor
	Cirúrgica Ceron Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - EPP			7.175,00	28.700,00		
	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda			5.700,00	22.800,00		Desclassificado
	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equip. Médico-Hospitalares Ltda			16.000,00	64.000,00		
	Mais Ética Comercial Eireli			12.740,00	50.960,00		
	Manancial Produtos Médicos ME			13.200,00	52.800,00		
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			14.500,00	58.000,00		
	Philips Medical Systems Ltda			10.049,00	40.196,00		

Av. João Felipe Calmon, 1.245, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700

	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			6.680,00	27.440,00		
	S2 Saúde Ltda			12.357,15	49.428,60		
5	Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. Hospitalares Ltda	Foco Cirúrgico duas cúpulas	02	45.900,00	91.800,00	45.900,00	
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			42.300,00	84.600,00		
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			45.400,00	90.800,00		
	Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda			33.280,00	66.560,00		Vencedor
	S2 Saúde Ltda			45.235,60	90.471,20		
6		AutoClave Hospitalar Horizontal	01			240.577,00	Item Revogado em 04/02/2020.
7	Baumer SA	AutoClave Hospitalar Horizontal	01	241.016,00	241.016,00	290.000,00	Vencedor
	Cisabraile Ltda			264.855,00	264.855,00		
	Phoenix Ind. e Com. De Equip. Cientificos Ltda			290.000,00	290.000,00		
	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			171.963,00	171.963,00		Desclassificado
	S2 Saúde Ltda			187.445,52	187.445,52		Desclassificado

Linhares-ES, 17 de fevereiro de 2020.

Ryan Carlos Freitas
Pregoeiro - FBRD

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar

ANÁLISE DE PROPOSTAS

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 001/2020 – Convênio 886324/2019 MS/FBRD

PARA ESSE EDITAL ESTÃO PRESENTE:

- Oxímetro;
- Foco Cirúrgico de teto com duas cúpulas com Câmera;
- Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica
- Eletrocardiógrafo
- Foco Cirúrgico duas cúpulas
- AutoClave Hospitalar Horizontal

OXÍMETRO

MARCA: General Meditech (Cirurgica Ceron)
MODELO: G1B
OBSERVAÇÕES:

Especificação	CIRUGICA CERON-General
informações do paciente	NÃO APRESENTA
mínimo 100 horas de tendências	24 HORAS APENAS
01 sensor neonatal	NÃO APRESENTA NO ORÇAMENTO

REGISTRO ANVISA: 80629370017
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: UTEC CO LTD CHINA (MACROSUL)
MODELO: UT-100
OBSERVAÇÕES: Não apresenta assistência técnica no E.S, apenas em Curitiba-PR.
REGISTRO ANVISA: 80070210004
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: R& D MEDIQ
MODELO: PV 4000
OBSERVAÇÕES:

Especificação	R& D mediq PV 4000
	OBS
Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução	VISOR MONOCROMATICO
tabela de tendências	
tendências de medição	Não apresenta
informações do paciente	Não apresenta
possuir 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico	
porta de rede para comunicação com computador	
mínimo 100 horas de tendências	
Acompanha 2 sensores de oximetria	
01 sensor adulto	Apenas sensor 01 NEO

REGISTRO ANVISA: 80209920007
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: MD (MAIS ETICA)
MODELO: UT100
OBSERVAÇÕES: Sem observações
REGISTRO ANVISA: 80070219017
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

---

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS COM CAMERA

MARCA: Manancial Produtos Médicos ME
MODELO: MEDLIGHT
OBSERVAÇÕES: Não é possível fazer analise com os dados do orçamento, pois nem o registro Anvisa foi informado.
REGISTRO ANVISA: Não informado
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: SISMATEC (Salk medical)
MODELO: FOCO CIRURGICO DE TETO LED TRPLEX 41LE-M1LEC-MONITOR 23,6" BEACON
OBSERVAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	Salk medical - sismatec
	OBS
Características da Câmera	
Tecnologia HD com resolução mínima de 1920x1080	720PX60FPS
Saídas de vídeo compatível com resolução	720PX60FPS
Características do Monito	
compatível com protocolo DICOM (Digital Imagingand Communications in Medicine)	EQUIPAMENTO NÃO DISPÕE

REGISTRO ANVISA: 10250260017
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda
MODELO: SKYLED 160+160 C/ BRAÇO P/ MONITOR COM CÂMERA
OBSERVAÇÕES: Sem observação
REGISTRO ANVISA: 10242640034
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

MARCA: MINDRAY
MODELO: Foco cirúrgico de teto série HyLED 7(760/760)
OBSERVAÇÕES: Sem observação
REGISTRO ANVISA: 80102511033
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

---

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA

MARCA: Délcio Móveis hospitalares
MODELO: MOD. D.686-C
OBSERVAÇÕES: Não tem assistência técnica no E.S
REGISTRO ANVISA: 80916990010
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: Sales medical
MODELO: Não informado
OBSERVAÇÕES: Não informador o registro Anvisa
REGISTRO ANVISA: -
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: Maisética
MODELO: AMH-1715
OBSERVAÇÕES: Solicitamos chapa de aço perfurada e é apresentado a chapa lisa, a capacidade da cama solicitada é de 180kg e é apresentado 130Kg.
REGISTRO ANVISA: 80871920001
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: Cirúrgica Parma Ltda ME
MODELO: Artmed 076
OBSERVAÇÕES: A capacidade máxima da cama é de 150kg e o descritivo solicita 180Kg.
REGISTRO ANVISA: 81095400007
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: KSS
MODELO: CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER / C/ ELEVAÇÃO
OBSERVAÇÕES: Sem observações.
REGISTRO ANVISA: 10242640028
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

---

ELETROCARDIÓGRAFO

MARCA: BIONET (Macrosul)
MODELO: CARDIOCARE 2000
OBSERVAÇÕES: Não foi informado no orçamento o certificado de calibração nem apresentam assistência técnica no E.S
REGISTRO ANVISA:
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: Edan (Alfamed)
MODELO: SE-601-C
OBSERVAÇÕES: Sem observações;
REGISTRO ANVISA: 80047309086
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

---

FOCO CIRÚRGICO DUAS CÚPULAS

MARCA: SISMATEC(Salk medical)
MODELO: Foco cirúrgico teto LED Duplex 4LE/4LE command S1
OBSERVAÇÕES: Sem observações;
REGISTRO ANVISA: 10250260017
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

---

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar

AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL

MARCA: Onix(Sales Medical)
MODELO: OHV-525VT
OBSERVAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	Sales Medical onix -ohv-525VT OBS
Câmara construída em dupla parede sendo a câmara interna retangular de espessura mínima de 6,0mm	Não informado
capacidade de aproximadamente 500L	Não informado
A entrada de ar limpo na câmara interna deverá ser através de um filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99% de 0,3 µm	Não informado
Controle de temperatura através de, no mínimo, 02 sensores tipo PT-100 classe A	1 PT100
Comando: automático, microprocessado eletrônico, de programação flexível, conter no mínimo 08 ciclos operacionais	Não informado Qtd de CICLOS
Leak test	Não informado
Display touch screen de pelo menos 5 polegadas para visualização das fases do ciclo	Não apresenta
Deve permitir a visualização em tempo real dos parâmetros do processo e acompanhamento das fases do ciclo	Não informado
configuração do idioma da interface pelo usuário na língua portuguesa	Não informado
O sistema de vácuo deverá ser através de bomba de vácuo com anel líquido, com duplo estágio objetivando a redução do volume de água utilizado no ciclo	Não informado duplos estagio
Transdutores de pressão eletrônicos para permitir o controle automático das pressões da câmara interna e externa	Não informado
Acompanha acessórios mínimos	
02-racks de carga em aço inoxidável;	Não informado
02-carros para rack em aço inoxidável dotado de rodízios com sistema de freio em pelo menos dois deles	Não informado
01-osmose reversa com reservatório de capacidade suficiente para operação da autoclave	Não informado
Quadro elétrico para autoclave, para ligação do comando, bomba de água e de vácuo	Não informado
01 quadro elétrico para o gerador de vapor; Alimentação: alimentação elétrica 220 V/380 V – 60 Hz	Não informado
Manual de usuário e de serviço (técnico)	Não informado
Certificado de comprovação da liga de aço inoxidável	Não informado

REGISTRO ANVISA: 81559170001
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações.

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar

MARCA: ORTOSINTESE (S2 Saúde Ltda)
MODELO: AC 523
OBSERVAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	S2 Saúde Ltda - AC 523 - OBS
A entrada de ar limpo na câmara interna deverá ser através de um filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99% de 0,3 µm	Não informado
Controle de temperatura através de, no mínimo, 02 sensores tipo PT-100 classe A	Não informado a quantidade
Display touch screen de pelo menos 5 polegadas para visualização das fases do ciclo	Não informado Quantas pol
Acompanha acessórios mínimos	
02-racks de carga em aço inoxidável;	APENAS 1
Certificado de comprovação da liga de aço inoxidável	Não informado
Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de instalação, incluindo manutenções preventivas programadas.	12 MESES

REGISTRO ANVISA: 10223710050
CONCLUSÃO: Equipamento **não atende** em totalidade as especificações

MARCA: BAUMER
MODELO: B0110-542P
OBSERVAÇÕES: Sem observações;
REGISTRO ANVISA: 10345500099
CONCLUSÃO: Equipamento **atende** em totalidade as especificações

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Maicon Fantini
Coordenador de Projetos

Maicon G. Fantini

ES-0048524/D

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar

ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 01/2020
Convênio 886324/2019 MS/FBRD

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 17/02/2020, para análise das propostas enviadas referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 01/2020, que contempla 07 (sete) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Fundação Beneficente Rio Doce, localizada na cidade de Linhares-ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Srº Ryan Carlos Freitas e sua equipe de apoio.

Análise:

MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
1	Cirúrgica Ceron Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - EPP	Oxímetro	01	1.442,85	1.442,85	4.600,00	Desclassificado
	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda			1.650,00	1.650,00		Desclassificado
	Mais Ética Comercial Eireli			3.600,00	3.600,00		Vencedor
	Manancial Produtos Médicos ME			4.585,00	4.585,00		
	R & D Mediq Equip. e Serv. Esp. Ltda			3.600,00	3.600,00		Desclassificado
2	Baumer SA	Foco Cirúrgico de teto com duas cúpulas com Camera	02	149.900,00	299.800,00	97.100,00	
	Cirúrgica Parma Ltda ME			96.800,00	193.600,00		
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			92.000,00	184.000,00		
	Mais Ética Comercial Eireli			97.033,00	194.066,00		
	Manancial Produtos Médicos ME			58.000,00	116.000,00		Desclassificado
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			91.800,00	183.600,00		Vencedor
	Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda			58.980,00	117.960,00		Desclassificado
3	Cirúrgica Parma Ltda ME	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecanica	01	4.040,26	4.040,26	6.823,00	Desclassificado
	Délcio Móveis hospitalares			3.250,00	3.250,00		Desclassificado
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			4.800,00	4.800,00		Vencedor
	Mais Ética Comercial Eireli			3.750,00	3.750,00		Desclassificado
	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			3.465,00	3.465,00		Desclassificado
4	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Eletrocardiógrafo	04	6.087,00	24.348,00	18.000,00	Vencedor
	Cirúrgica Ceron Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - EPP			7.175,00	28.700,00		
	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda			5.700,00	22.800,00		Desclassificado
	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equip. Médico-Hospitalares Ltda			16.000,00	64.000,00		

Av. João Felipe Calmon, 1.345, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700

	Mais Ética Comercial Eireli			12.740,00	50.960,00		
	Manancial Produtos Médicos ME			13.200,00	52.800,00		
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			14.500,00	58.000,00		
	Philips Medical Systems Ltda			10.049,00	40.196,00		
	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			6.680,00	27.440,00		
	S2 Saúde Ltda			12.357,15	49.428,60		
5	Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. Hospitalares Ltda	Foco Cirúrgico duas cúpulas	02	45.900,00	91.800,00	45.900,00	
	KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda			42.300,00	84.600,00		
	Med Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda			45.400,00	90.800,00		
	Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda			33.280,00	66.560,00		Vencedor
	S2 Saúde Ltda			45.235,60	90.471,20		
6		AutoClave Hospitalar Horizontal	01			240.577,00	Item Revogado em 04/02/2020.
7	Baumer SA	AutoClave Hospitalar Horizontal	01	241.016,00	241.016,00	290.000,00	Vencedor
	Cisabraile Ltda			264.855,00	264.855,00		
	Phoenix Ind. e Com. De Equip. Cientificos Ltda			290.000,00	290.000,00		
	Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli			171.963,00	171.963,00		Desclassificado
	S2 Saúde Ltda			187.445,52	187.445,52		Desclassificado

Lote 01: Oxímetro – Foram apresentadas 5 (cinco) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: As empresas: **Cirúrgica Ceron Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - EPP** sob CNPJ nº 18.258.209/0001-15; **Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda** sob CNPJ nº 95.433.397/0001-11; **R & D Mediq Equip. e Serv. Esp. Ltda** sob CNPJ nº 01.212.789/0001-07 – teve seus itens desclassificados por não atender o descrito no edital; A empresa **Mais Ética Comercial Eireli** sob CNPJ nº 29.795.338/0001-69 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Lote 02: Foco Cirúrgico de Teto com duas cúpulas com câmera – Foram apresentadas 7 (sete) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: As empresas: **Manancial Produtos Médicos ME** sob CNPJ nº 24.603.766/0001-29; **Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda** sob CNPJ nº 20.102.529/0001-23 – teve seus itens desclassificados por não atender o descrito no edital; A empresa **Med-Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Lote 03: Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica – Foram apresentadas 5 (cinco) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: As empresas: **Cirúrgica Parma Ltda ME** sob CNPJ nº 10.368.534/0001/29; **Délcio Móveis Hospitalares Ltda** sob CNPJ nº 92.787.332/0001-86; **Mais Ética Comercial Eireli** sob CNPJ nº 29.795.338/0001-69; **Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli** sob CNPJ nº 24.398.519/0001-38 – teve seus itens desclassificados por não atender o descrito no edital; A

Av. João Felipe Calmon, 1.245, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700

empresa **KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda** sob CNPJ nº 79.805.263/0001-28 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Lote 04: Eletrocardiógrafo – Foram apresentadas 10 (dez) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa: **Comércio de Materiais Médicos Hospitalares – Macrosul Ltda** sob CNPJ nº 95.433.397/0001-11 – teve seu item desclassificado por não atender o descrito no edital; A empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** sob CNPJ nº 11.405.384/0001-49 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 24.348,00 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e oito reais) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Lote 05: Foco Cirúrgico duas Cúpulas – Foram apresentadas 5 (cinco) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda** sob CNPJ nº 20.102.529/0001-23 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 66.560,00 (seiscentos e seis mil quinhentos e sessenta reais) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Lote 06: AutoClave Hospitalar Horizontal – O Item **foi declarado** revogado em 04 de fevereiro de 2020.

Lote 07: AutoClave Hospitalar Horizontal – Foram apresentadas 5 (cinco) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: As empresas: **Sales Medical Com. de Prod. Méd. e Hosp. Eireli** sob CNPJ nº 24.398.519/0001-38; **S2 Saúde Ltda** sob CNPJ nº 16.740.031/0001-19 – teve seus itens desclassificados por não atender o descrito no edital; A empresa **Baumer SA** sob CNPJ nº 61.374.161/0001-30 – atende o edital com proposta no valor total de R$ 241.016,00 (duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) **sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.**

Resultado: A empresa **Mais Ética Comercial Eireli** sob CNPJ nº 29.795.338/0001-69, **foi ganhadora do lote 01**; A empresa **Medshop Com de Prod Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 **foi ganhadora do lote 02;** A empresa **KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda** sob CNPJ nº 79.805.263/0001-28 **foi ganhadora do lote 03;** A empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** sob CNPJ nº 11.405.384/0001-49 **foi ganhadora do lote 04;** A empresa **Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda** sob CNPJ nº 20.102.529/0001-23 **foi ganhadora do lote 05.** O **lote 06 foi declarado revogado**; A empresa **Baumer SA** sob CNPJ nº 61.374.161/0001-30 **foi ganhadora do lote 07.**

Linhares-ES, 17 de fevereiro de 2020.

Ryan Carlos Freitas

Pregoeiro - FBRD

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 01/2020

Convênio nº 886324/2019 MS/FBRD

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação conforme Ata de Julgamento realizada em 17 de fevereiro de 2020, **HOMOLOGO**, nesta data, a referida decisão constante em ata anexa considerando os vencedores do processo de cotação eletrônica 01/2020; **Resultado:** A empresa **Mais Ética Comercial Eireli** sob CNPJ nº 29.795.338/0001-69, **foi ganhadora do lote 01**; A empresa **Medshop Com de Prod Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 **foi ganhadora do lote 02;** A empresa **KSS Com. e Ind. de Equipamentos Médico Ltda** sob CNPJ nº 79.805.263/0001-28 **foi ganhadora do lote 03;** A empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** sob CNPJ nº 11.405.384/0001-49 **foi ganhadora do lote 04;** A empresa **Salk Medical Serviços e Comércio de Produtos para Saúde Ltda** sob CNPJ nº 20.102.529/0001-23 **foi ganhadora do lote 05.** O **lote 06 foi declarado revogado**; A empresa **Baumer SA** sob CNPJ nº 61.374.161/0001-30 **foi ganhadora do lote 07.**

Linhares-ES, 17 de fevereiro de 2020.

Maria de Fátima Fiorino Biancardi
Diretora Administrativa

Av. João Felipe Calmon,
1.245, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 001/2020
Convênio nº 886324/2019 MS/FBRD

AVISO DE REVOGAÇÃO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 001/2020 – COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - Convênio nº 886324/2019 MS/FBRD

Revogação do item 06 – Autoclave do processo Licitatório em razão da necessidade de readequação do objeto.

A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE torna público para conhecimento dos interessados que, por razão de interesse público, visando resguardar o Erário, nos termos do artigo 49 da lei nº 8.666/1993, diante da necessidade da Fundação de atender com maior agilidade o Corpo Clinico e os Usuários beneficiados do SUS – Sistema ùnico de Saúde, visando a melhor utilização do recurso financeiro disponibilizado, verificamos a necessidade de adequar o equipamento referenciado no Item 06 – AutoClave por motivos que o equipamento foi cadastrado no Siconv com a nomenclatrura errada, sendo necessário a adequação correta da nomenclatura do referido equipamento. O item 06 AutoClave da Cotação prévia de preços nº 001/2020 foi **REVOGADO**, devendo ser publicado novo Edital para aquisição do equipamento anteriormente cotado.

Linhares-ES, 04 de fevereiro de 2020.

Maria de Fátima Fiorino Biancardi

Diretora Administrativa

Av. João Felipe Calmon,
1.245, Centro, Linhares/ES
(27) 2103-1700