

ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 015/2018
Convênio 868756/2018 MS/FBRD

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 28/01/2019, para análise das propostas enviadas referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 015/2018, que contempla 06 (seis) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Fundação Beneficente Rio Doce, localizada na cidade de Linhares-ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Srº Ryan Carlos Freitas e sua equipe de apoio.

Análise detalhada dos lotes teve apoio da empresa terceirizada Tecsaúde Engenharia Hospitalar para análise de cada item, abaixo ilustrado.

Análise:

MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015/2018							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
1	Leistung Equipamentos Ltda	Ventilador Pulmonar Pressométrico	02	35.800,00	71.600,00	48.000,00	Desclassificada
	Magnamed Tecnologia Médica S/A			42.000,00	84.000,00		Vencedora
2	Leistung Equipamentos Ltda	Ventilador de Transporte	04	25.300,00	101.200,00	32.000,00	Desclassificada
	Magnamed Tecnologia Médica S/A			31.000,00	124.000,00		Vencedora
3	Délcio Móveis Hospitalares Ltda	Carro Maca Avançado	05	12.700,00	63.500,00	9.800,00	
	Hospimetal Ind. Met. de Equip. Hospitalares Ltda			9.500,00	47.500,00		Vencedora
	KSS Com e Ind de Equip Médico Ltda			9.800,00	49.000,00		
	RTS Rio S/A			57.460,00	287.300,00		
4	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Eletrocardiógrafo	01	8.835,00	8.835,00	13.770,00	Desclassificada
	Medshop Comércio de Produtos Médicos Ltda			13.700,00	13.700,00		Vencedora
5	RTS Rio S/A	Cadeira de Rodas Adulto	05	12.105,00	60.525,00	1.100,00	Desclassificada
6	ALFRS Indústria de Móveis Ltda EPP	Cama Fawler Manual	18	4.849,90	87.298,20	5.985,00	
	Degraus Comércio e Serviços Eireli - ME			3.100,00	55.800,00		Desclassificada
	Délcio Móveis Hospitalares Ltda			3.480,00	62.640,00		Desclassificada
	Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hosp. Ltda EPP			2.935,00	52.830,00		Desclassificada
	Hospimetal Ind. Met. de Equip. Hospitalares Ltda			4.600,00	82.800,00		Vencedor
	KSS Com e Ind de Equip Médico Ltda			4.650,00	83.700,00		

Lote 01: Ventilador Pulmonar Pressométrico – Foram apresentadas 2 (duas) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **Leistung Equipamentos Ltda** sob CNPJ nº 04.187.384/0001-54 – teve seu item desclassificado por não atender o descrito no edital; A empresa **Magnamed Tecnologia Médica S/A** sob CNPJ nº 01.298.443/0002-54 – atende o edital com proposta no valor total de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) **sendo declarada a vencedora e o item adjudicado.**

Lote 02: Ventilador de Transporte – Foram apresentadas 2 (duas) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **Leistung Equipamentos Ltda** sob CNPJ nº 04.187.384/0001-54 – teve seu item desclassificado por não atender o descrito no edital; A empresa **Magnamed Tecnologia Médica S/A** sob CNPJ nº

01.298.443/0002-54 – atende o edital com proposta no valor total de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) **sendo declarada a vencedora e o item adjudicado.**

Lote 03: Carro Maca Avançado – Foram apresentadas 4 (quatro) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **Hospimetal Ind. Met. De Equip. Hosp. Ltda** sob CNPJ nº 54.178.983/0001-80 – atende o edital com proposta no valor total de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) **sendo declarada a vencedora e os itens adjudicado.**

Lote 04: Eletrocardiógrafo – Foram apresentadas 2 (duas) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **Alfa Med Sistemas Médicos Ltda** sob CNPJ nº 11.405.384/0001-49; A empresa **Medshop Comércio de Produtos Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 – atende o edital com proposta no valor total de R\$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) **sendo declarada a vencedora e o item adjudicado.**

Lote 05: Cadeira de Rodas Adulto – Foi apresentada 1 (uma) proposta que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: A empresa **RTS Rio S/A** sob CNPJ nº 04.050.750/0001-29 – não atende o edital. **Declaramos o item fracassado.**

Lote 06: Cama Fawler Manual – Foram apresentadas 6 (seis) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamentos avaliados de acordo com o descrito no edital: As empresas **Degraus Comércio e Serviços Eireli - ME** sob CNPJ nº 04.426.731/0001-54, **Délcio Móveis Hospitalares Ltda** sob CNPJ nº 92.787.332/0001-86 e **Hospi Bio Ind. E Com. de Móveis Hosp. Ltda EPP** sob CNPJ nº 11.192.559/0001-87 – tiveram o item desclassificado por não atender o descrito no edital – A empresa **Hospimetal Ind. Met. De Equip. Hosp. Ltda** sob CNPJ nº 54.178.983/0001-80 – atende o edital com proposta no valor total de R\$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais) **sendo declarada a vencedora e os itens adjudicado.**

Resultado: A empresa **Magnamed Tecnologia Médica S/A** sob CNPJ nº 01.298.443/0002-54, **foi ganhadora dos lotes 01 e 02;** A empresa **Hospimetal Ind. Met. De Equip. Hosp. Ltda** sob CNPJ nº 54.178.983/0001-80, **foi ganhadora dos lotes 03 e 06,** A empresa **Medshop Comércio de Produtos Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43, **foi ganhadora do lote 04.**

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2019.



Ryan Carlos Freitas
Pregoeiro - FBRD

MAPA COTAÇÃO

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 015/2018


Convênio 868756/2018 MS/FBRD

MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 015/2018							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
1	Leisntung Equipamentos Ltda	Ventilador Pulmonar Pressométrico	02	35.800,00	71.600,00	48.000,00	Desclassificada
	Magnamed Tecnologia Médica S/A			42.000,00	84.000,00		Vencedora
2	Leisntung Equipamentos Ltda	Ventilador de Transporte	04	25.300,00	101.200,00	32.000,00	Desclassificada
	Magnamed Tecnologia Médica S/A			31.000,00	124.000,00		Vencedora
3	Délcio Móveis Hospitalares Ltda	Carro Maca Avançado	05	12.700,00	63.500,00	9.800,00	
	Hospimetal Ind. Met. de Equip. Hospitalares Ltda			9.500,00	47.500,00		Vencedora
	KSS Com e Ind de Equip Médico Ltda			9.800,00	49.000,00		
	RTS Rio S/A			57.460,00	287.300,00		
4	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Eletrocardiógrafo	01	8.835,00	8.835,00	13.770,00	Desclassificada
	Medshop Comércio de Produtos Médicos Ltda			13.700,00	13.700,00		Vencedora
5	RTS Rio S/A	Cadeira de Rodas Adulto	05	12.105,00	60.525,00	1.100,00	Desclassificada
6	ALFRS Indústria de Móveis Ltda EPP	Cama Fawler Manual	18	4.849,90	87.298,20	5.985,00	
	Degraus Comércio e Serviços Eireli - ME			3.100,00	55.800,00		Desclassificada
	Délcio Móveis Hospitalares Ltda			3.480,00	62.640,00		Desclassificada
	Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hosp. Ltda EPP			2.935,00	52.830,00		Desclassificada
	Hospimetal Ind. Met. de Equip. Hospitalares Ltda			4.600,00	82.800,00		Vencedor
	KSS Com e Ind de Equip Médico Ltda			4.650,00	83.700,00		

Observações:

A empresa Degraus Comércio e Serviços Eirelo – ME entregou a documentação e prospota após o horário especificado em edital sendo declarada desclassificada.

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2019.



Ryan Carlos Freitas
Pregoeiro - FBRD

AVALIAÇÃO FINAL

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 015/2018

Convênio 868756/2018 MS/FBRD

ITEM 05 – Cadeira de Rodas

EMPRESA: RTS RIO S/A

MARCA / Modelo: HILL ROMM / SM647B – Registro na ANVISA: 80102511037

Conforme análise feita na documentação entregue pela EMPRESA participante, o equipamento ofertado **não atende** às especificações do edital – Tamanho das rodas e tamanho do assento.

ITEM 06 – CAMA FAWLER MANUAL

EMPRESA: HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA – EPP

MARCA / MODELO: LEVITA / LV100 PU – Registro na ANVISA: 80970290004

Conforme análise feita na documentação entregue pela EMPRESA participante, o equipamento ofertado **não atende** às especificações do edital por não possuir assistência técnica no estado do Espírito Santo e responsável técnico registrado no CREA-ES.

EMPRESA: DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA

MARCA / MODELO: D.601-E – Registro na ANVISA: 8091690011


Conforme análise feita na documentação entregue pela EMPRESA participante, o equipamento ofertado **não atende** às especificações do edital: dimensões inferiores a solicitada, variação mínima inferior e não possuir assistência técnica no estado do Espírito Santo e responsável técnico registrado no CREA-ES.

EMPRESA: HOSPI METAL IND. MET. DE EQUIP. HOSP. LTDA

MARCA / MODELO: HOSPI METAL / HM2059-E – Registro na ANVISA: 80172589004

Conforme análise feita na documentação entregue pela EMPRESA participante, o equipamento ofertado **atende** às especificações do edital.

Linhares, 28 de janeiro de 2019.



Ryan Carlos Freitas

Pregoeiro – FBRD

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 015/2018**Convênio 868756/2018 MS/FBRD****INTRODUÇÃO**

A seguir apresentaremos uma avaliação das propostas que participaram do edital Nº 015/2018.

AVALIAÇÃO DO EDITAL Nº 0015/2018

Para esse edital estão presente:

- Ventilador Pulmonar Pressométrico
- Ventilador de Transporte
- Carro Maca Avançado
- Eletrocardiógrafo

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO

MARCA:LEISTUNG

MODELO:LUFT3

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO ANVISA:80203470012

CONCLUSÃO: Não apresenta os modos ventilatório PLV , DualPAP/APRV/NIV previsto no edital, por esse motivo não atende em totalidade as especificações.

MARCA:MAGNAMED

MODELO:FLEXIMAG PLUS

OBSERVAÇÕES: Sem observações

REGISTRO ANVISA/MS:80659160003

CONCLUSÃO: O equipamento atende em totalidade as especificações

VENTILADOR DE TRASPORTE

MARCA:LEISTUNG

MODELO: PR4-G TOUCH

OBSERVAÇÕES: Peso do equipamento é 4,9Kg e solicitado no edital é de máximo de 4Kg.

REGISTRO ANVISA/MS:80203470013

CONCLUSÃO: O equipamento não atende em totalidade as especificações

MARCA: MAGNAMED

MODELO: OXYMAG

OBSERVAÇÕES: Sem observações

REGISTRO ANVISA/MS: 80659160004

CONCLUSÃO: O equipamento atende em totalidade as especificações

CARRO MACA AVANÇADO

MARCA: HOSPIMETAL

MODELO: HM 2059 E

OBSERVAÇÕES: Sem observação

REGISTRO ANVISA: 80172589004

CONCLUSÃO: O equipamento atende em totalidade as especificações

ELETROCARDIOGRAFO

MARCA: Edan

MODELO: SE-1200 Express

OBSERVAÇÕES: O edital requer um mínimo 600 registro de ECG e na proposta contempla apenas 200 registros.

REGISTRO ANVISA: 80047300496

CONCLUSÃO: O equipamento não atende em totalidade as especificações

MARCA: Mindray

MODELO: Beneheart R12

OBSERVAÇÕES: Sem Observações

REGISTRO ANVISA: 80943610015

CONCLUSÃO: O equipamento atende em totalidade as especificações

 **TECSAÚDE**
Engenharia Hospitalar
Márcio F. Lima
Coordenador de Projetos

Ass: _____