

MAPA COTAÇÃO

PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 02/2021 Convênio 904856/2020 MS/FBRD

| MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO <mark>ELETRÔNICA № 02/2021</mark> | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|
| ITEM | FORNECEDOR | EQUIPAMENTO | QT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR APROVADO UNITÁRIO | STATUS | | | |
| 1 | Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. Hospitalares Ltda | BISTURI ELETRICO | 06 | 30.000,00 | 180.000,00 | 48.000,00 | Desclassificado | | | |
| | Medcir – Medical Cirúrgica | | | 37.960,00 | 227.760,00 | | Vencedor | | | |
| | WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda | | | 17.550,00 | 105.300,00 | | Desclassificado | | | |
| 2 | Lux Medic Com. de Produtos Hospitalares Eireli - EPP | SERRA EXTERNO E OSSO | 02 | 20.000,00 | 40.000,00 | 45.450,00 | Desclassificado | | | |
| | Mais Ética Comercial Eireli | | | 42.386,00 | 84.772,00 | | | | | |
| | Stryker do Brasil Ltda | | | 29.348,00 | 58.696,00 | | Vencedor | | | |
| 3 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda | - ELETROCARDÓGRAFO | 01 | 5.200,00 | 5.200,00 | 6.327,00 | Desclassificado | | | |
| | Med-Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda | | | 6.100,00 | 6.100,00 | | Vencedor | | | |

Linhares-ES, 05 de fevereiro de 2021.

Ryan Carlos Freitas

Pregoeiro - FBRD



ATA DE JULGAMENTO APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 02/2021 Convênio 904856/2020 MS/FBRD

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 05/02/2021, para análise da proposta enviada referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 02/2021, que contempla 03 (três) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Fundação Beneficente Rio Doce, localizada na cidade de Linhares-ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Srº Ryan Carlos Freitas e sua equipe de apoio.

Análise:

| Anal | ise: | | N | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|
| MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃ <mark>O</mark> ELETRÔNICA Nº 02/2021 | | | | | | | | | | |
| ITEM | FORNECEDOR | EQUIPAMENTO | QT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR APROVADO UNITÁRIO | STATUS | | | |
| 1 | Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. Hospitalares Ltda | BISTURI ELETRICO | 06 | 30.000,00 | 180.000,00 | 48.000,00 | Desclassificado | | | |
| | Medcir – Medical Cirúrgica | | | 37.960,00 | 227.760,00 | | Vencedor | | | |
| | WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda | | | 17.550,00 | 105.300,00 | | Desclassificado | | | |
| 2 | Lux Medic Com. de Produtos Hospitalares Eireli - EPP | SERRA EXTERNO E OSSO | 02 | 20.000,00 | 40.000,00 | 45.450,00 | Desclassificado | | | |
| | Mais Ética Comercial Eireli | | | 42.386,00 | 84.772,00 | | | | | |
| | Stryker do Brasil Ltda | | | 29.348,00 | 58.696,00 | | Vencedor | | | |
| 3 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda | - ELETROCARDIÓGRAFO | 01 | 5.200,00 | 5.200,00 | 6.327,00 | Desclassificado | | | |
| | Med-Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda | | | 6.100,00 | 6.100,00 | | Vencedor | | | |

Lote 01: Bisturi Elétrico – Foi apresentada 3 (três) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamento avaliado de acordo com o descrito no edital: As empresas WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda sob CNPJ nº 54 611.678/0001-30 e Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares Ltda sob CNPJ nº 02.836.248/0001-12 – teve seus itens desclassificados por não atender o descrito no edital; A empresa Medcir Medical Cirúrgica Ltda EPP sob CNPJ nº 60.683.786/0001-10 – atende 227.760,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e sessenta reais) sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.

Lote 02: Serra Esterno e Osso – Foi apresentada 3 (três) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamento avaliado de acordo com o descrito no edital: A empresa Lux Medic Com. de Produtos Hospitalares Eireli – EPP sob CNPJ nº 12.607.190/0001-99 – teve seu item desclassificado por não atender o descrito no edital; A empresa Stryker do Brasil Ltda sob CNPJ nº 02.966.317/0002-93 – atende ao edital com proposta no valor total de R\$ 58.696,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais) sendo declarada a vecendora e o item adjudicado. Lote 03: Eletrocardiócrafo – Foi apresentada 2 (duas) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamento avaliado de acordo com o descrito no edital: A empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda sob CNPJ nº 11.405.384/0001-49 – teve seu item desclassificado por não atender o descrito no edital; A empresa Med-Shop Comércio de Produtos Médicos Ltda sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 – atende ao edital com proposta no valor total de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) sendo declarada a vecendora e o item adjudicado.

Linhares-ES, 05 de fevereiro de 2021.

Ryan Carlos Freitas

Pregoeiro - FBRD Av. João Felipe Calmon, 1.245, Centro, Linhares/ES (27) 2103-1700





Linhares, 05 de fevereiro de 2021.

Referente a Cotação Prévia de Preços N°002/2021 Convenio: 904856/2020 Itens:

- BISTURI ELÉTRICO
- SERRA EXTERNO E OSSO
- ELETROCARDIÓGRAFO

Nome do órgão: Fundação Beneficente Rio Doce

Município: Linhares/ ES CNPJ: 27.836.329/0001-43

PARECER TÉCNICO:

ITEM 1 - BISTURI ELÉTRICO:

O bisturi elétrico apresentado pela empresa WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., modelo SS-501SX, marca WEM, não atende a todos os itens do descritivo do processo 002/2021, pois não possui seis modos de coagulação, seis modos de bipolar e gravação para no mínimo 100 memórias de programação, conforme consta em seu manual disponível no site da ANVISA.

O bisturi elétrico apresentado pela empresa BARRFAB IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., modelo LC 4, marca BARRFAB, **não atende** a todos os itens do descritivo do processo 002/2021, pois não possui seis modos de coagulação e seis modos de bipolar, conforme consta em seu manual disponível no site da ANVISA e catálogo enviado junto com a proposta.

O bisturi elétrico apresentado pela empresa MEDICAL CIRURGICA LTDA., modelo POWERCUT 400W, marca MEDCIR, **atende** a todos os itens do descritivo do processo 002/2021.





ITEM 2 - SERRA EXTERNO E OSSO:

A serra externo e osso apresentado pela empresa LUX MEDICCOMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES EIRELI - EPP, modelo MA-9000/MA-8000, marca MACOM, não atende a todos os itens do descritivo do processo 002/2021 pois ofertou um equipamento com funcionamento pneumático e no descritivo foi solicitado um equipamento com funcionamento à bateria.

A serra externo e osso apresentado pela empresa STRYKER DO BRASIL LTDA., modelo SISTEMA G, marca STRYKER, **atende** a todos os itens do descritivo do processo 002/2021

ITEM 3 - ELETROCARDIÓGRAFO:

O eletrocardiógrafo apresentado pela empresa ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., modelo COMPASSUS 3000, marca ALFA MED, **não atende** a todos os itens do descritivo do processo 002/2021, pois não possui memória para armazenar até 800 exames conforme solicitado.

O eletrocardiógrafo apresentado pela empresa MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., modelo BENEHEART R3, marca MINDRAY, **atende** a todos os itens do descritivo do processo 002/2021,

TECSAUDE Engenharia Höspitalar Murile Mates Goordenador de Projeto CREA: 0617792759

Murilo Lima de Matos ES-0047733/D TECSAÚDE Engenharia Hospitalar