

**ATA DE JULGAMENTO**  
**PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 014/2021**  
**Convênio 917362/2021 MS/FBRD**

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 27/12/2021, para análise das propostas enviadas referente ao processo de cotação eletrônica de nº. 014/2021, que contempla 02 (dois) lotes para a compra de equipamentos permanentes para o atendimento a Fundação Beneficente Rio Doce, localizada na cidade de Linhares-ES. Presentes: Pregoeiro da Instituição o Srº Ryan Carlos Freitas e sua equipe de apoio.

**Análise:**


MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 14/2021							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
01	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	ARCO CIRURGICO	01	380.000,00	380.000,00	396.750,00	Vencedor
	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA			325.000,00	325.000,00		Desclassificado
	VMI TECNOLOGIAS LTDA			360.000,00	360.000,00		Desclassificado
02	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CARRINHO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEXIDADE COM MONITOR / MÓDULO DE TOFF	01	186.216,83	186.216,83	243.833,95	Vencedor
	MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			183.000,00	183.000,00		Desclassificado

**Lote 01:** Arco Cirúrgico – Foi apresentada 3 (três) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamento avaliado de acordo com o descrito no edital: As empresas **Imex Medical Comércio e Locação Ltda** sob CNPJ nº 12.255.403/0001-60 e **VMI Tecnologias Ltda** sob CNPJ nº 02.659.246/0001-03 tiveram o item desclassificado por não atender o descrito no edital – A empresa **GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda** sob CNPJ nº 00.029.372/0002-21, atende ao edital com proposta no valor total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), **sendo declarada a vencedora e o item adjudicado.**

**Lote 02:** Carrinho de Anestesia de alta complexidade com monitor / módulo de TOFF – Foi apresentada 2 (duas) propostas que teve seus documentos conferidos e equipamento avaliado de acordo com o descrito no edital: A empresa **MED-SHOP Comércio de Produtos Médicos Ltda** sob CNPJ nº 39.309.927/0001-43 teve o item desclassificado por não atender o descrito no edital – A empresa **DRAGER Indústria e Comércio Ltda** sob CNPJ nº 02.535.707/0001-28, atende ao edital com proposta no valor total de R\$ 186.216,83 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), **sendo declarada a vencedora e o item adjudicado.**

**Resultado:** A empresa **GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda** sob CNPJ nº 00.029.372/0002-21, foi ganhadora do **lote 1**; A empresa **DRAGER Indústria e Comércio Ltda** sob CNPJ nº 02.535.707/0001-28, foi ganhadora do **lote 2**.

Linhares-ES, 27 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Ryan Carlos Freitas  
Pregoeiro - FBRD

**MAPA COTAÇÃO**  
**PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 14/2021**  
**Convênio 917362/2021 MS/FBRD**

MAPA DE PREÇOS – COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 14/2021							
ITEM	FORNECEDOR	EQUIPAMENTO	QT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROVADO UNITÁRIO	STATUS
01	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	ARCO CIRURGICO	01	380.000,00	380.000,00	396.750,00	Vencedor
	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA			325.000,00	325.000,00		Desclassificado
	VMI TECNOLOGIAS LTDA			360.000,00	360.000,00		Desclassificado
02	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CARRINHO DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEXIDADE COM MONITOR / MÓDULO DE TOFF	01	186.216,83	186.216,83	243.833,95	Vencedor
	MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			183.000,00	183.000,00		Desclassificado

Linhares-ES, 27 de dezembro de 2021.




---

Ryan Carlos Freitas  
Pregoeiro - FBRD

Linhares, 15 de dezembro de 2021.

Referente a Cotação Prévia de Preços N°014/2021  
Convênio: 917362/2021

Itens:

- ARCO CIRÚRGICO
- APARELHO DE ANESTEIA

Nome do órgão: Fundação Beneficente Rio Doce  
Município: Linhares/ ES  
CNPJ: 27.836.329/0001-43

PARECER TÉCNICO:

- **ITEM 1 - ARCO CIRÚRGICO:**

O arco cirúrgico apresentado pela empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, modelo UNIQUE CLASS, marca IMEX, **não atende** a todos os itens do descritivo do processo 014/2021. Foi solicitado dissipação térmica mínima de 35.000 HU/min e o equipamento ofertado apresenta 600W, o que equivale a aproximadamente 19.000 HU/min.

O arco cirúrgico apresentado pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, modelo FÊNIX AF, marca VMI, **não atende** a todos os itens do descritivo do processo 014/2021. Foi solicitado no edital faixa de raio-x até 40mAs e o equipamento ofertado é de até 29mAs.

O arco cirúrgico apresentado pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, modelo OEC ONE, marca GE, **atende** a todos os itens do descritivo do processo 014/2021.

- **ITEM 2 – APARELHO DE ANESTESIA:**

O aparelho de anestesia apresentado pela MED-SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, modelo WATO 65 PRO, marca MINDRAY, **não atende** a todos os itens do descritivo do processo 014/2021. No edital solicita que a calibração do sensor de fluxo seja feita sem a necessidade de desmontar componentes internos do sistema respiratório e o equipamento apresentado precisa remover o fole para realizar o

procedimento de calibração. Conforme consta no manual na página 2-1, o fole faz parte do sistema ventilatório interno.

Não foi apresentado na proposta armadilha de água reutilizável para pacientes neonatal, pediátrico e adulto.

O manual pede iluminação para a área de trabalho e o equipamento apresenta iluminação auxiliar que fica sobre os vaporizadores.

Não foi mencionado sobre o TOF automático.

O aparelho de anestesia apresentado pela DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, modelo ATLAN A300, marca DRAGER, **atende** a todos os itens do descritivo do processo 014/2021.



**TECSAÚDE**  
Engenharia Hospitalar  
Murilo Matos  
Coordenador de Projeto  
CREA: 0617792759

---

Murilo Lima de Matos

ES-0047733/D

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar